

	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-05-41
	Versión 00	Ficha Técnica

SEMILUNAS



Descripción del producto

Semilunas de acero inoxidable o plástico uno de los utensilios que más se usa en enfermería, sea en hospitales, clínicas. Modo de uso para recoger líquidos, recolectar instrumentos, se usa también como recipiente para transportar muestras, recoger residuos orgánicos y de curas. Uso recomendado en el sector clínico-hospitalario; en la estación, ambulancia, sala de cirugía, laboratorio y área de rayos x.

Uso presuntivo e indicaciones

Uso recomendado en el sector clínico-hospitalario; en la estación, ambulancia, sala de cirugía, laboratorio y área de rayos x.

Instrucciones de uso

N/A

Normas de calidad

- Fabricado bajo normas de calidad



Sistema de gestión de Calidad

Código: D-18-05-41

Versión 00

Ficha Técnica

Tipos

Acero inoxidable

Plastico

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	SEMILUNAS
Tipo	Estéril.
Material	Acero inoxidable o plastico
Diseño y características	Diseño funcionalidad, ligero y seguro, forma anatómica, bordes redondeados son los atributos que mejor define. Tiene un diseño ergonómico.
Almacenamiento	Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no superior a 30 °C
Duración	10 años desde la fecha de fabricación

Equipo médico CIA. LTDA.

Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842


Cuenca - Ecuador

	Sistema de gestión de Calidad	Código: D-18-05-41
	Versión 00	Ficha Técnica

Etiquetado



Número de Versión modificada	Fecha	Descripción del Cambio
00	16-04-2018	Versión original



BQF. Jahanina Campoverde B., Msc
Técnico Responsable del producto en Ecuador

Registro MSP Ecuador: 7-156-466

Equipo médico CIA. LTDA.
Dir: Av. 12 de abril y Francisco Talbot. Telf. 4103859 / 4103842
Cuenca - Ecuador